

Rzgów, 04.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatu USG dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie, numer referencyjny: ZP 271/1/20

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie poniższych zapytań do treści SIWZ:

Pyt. 1

1. Dotyczy zał. nr 3 – Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, jako rozwiązanie równoważne, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego, posiadający niższe parametry?

pozytywna odpowiedź Zamawiającego nie wpłynie na obniżenie jakości diagnostycznej urządzenia, a jedynie pozwoli innemu Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty w powyższym postępowaniu.

	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
I	Jednostka główna	Tak	
1	Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	Tak	
2	Zakres częstotliwości pracy [MHz]	2,0 – 17,0 MHz	
3	Technologia cyfrowa	Tak – opisać	
4	Ilość kanałów przetwarzania	Min. 1 000 000	
5	Ilość aktywnych, niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie	Min.4	
6	Ilość niezależnych gniazd głowic nieobrazowych przełączanych elektronicznie	Min. 1	
7	Monitor płaski o przekątnej 21,5" 1080P (LCD) z podświetleniem LED o szerokim zakresie kątów widzenia	Tak	
8	Kontekstowe: dynamiczne podświetlenie	Tak	
9	Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania (ramię przegubowe)	Tak	
10	Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni	Tak	
11	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)	Tak	
12	Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD oraz pamięci przenośne USB. Gniazdo USB	Tak	