

Pyt. 3 Dotyczy zał. nr 3 – Parametry techniczne

Zamawiający planuje zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w cztery głowice obrazowe, oraz cztery porty. Mając na uwadze, iż jest to zakup na wiele najbliższych lat, a rozwój ośrodków zdrowia jest dynamiczny, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w pięć portów podłączenia głowic, aby zabezpieczyć w przyszłości możliwy rozwój specjalistyki ultrasonograficznej.

Odp. Zamawiający, ze względu na specyfikę wykonywanych badań, nie postawił wymagania odnośnie posiadania pięciu portów podłączenia głowic. W związku z powyższym nie będzie wymagał spełnienia tego warunku.

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Rzgowie

JAROSŁAW KETTK